ウロキャッチャーシステム

取扱説明書

1. 安全上の注意

1) ウロキャッチャー用ドレープは再使用しないでください。
2) 使用目的以外に使用しないでください。
3) 本品の二次的加工をしないでください。
4) 本品は滅菌しないでください。
5) 機器に損傷を与え、患者又は使用者に障害をもたらす危険性があるため、当社指定の構成品以外の組合せで使用しないでください。
6) 本品に熟練した人以外は使用しないでください。

2. 製品概要

ウロキャッチャー用ドレープ
材質:低密度ポリエチレン

注文コード	品　番	商品名
623-101-00	0-UC4JP	ウロキャッチャーシステム　国産 OP 台用
623-101-01	0-UC4E	ウロキャッチャーシステム　マッケ OP 台用
623-101-02	0-UC31	ウロキャッチャー用ドレープ（10 枚入）

3. 使用方法

1) 本品の両端を手術台左右のサイドレールに差し込み、固定用ノブで固定します(左右とも)。



⚠ 注意
① 患者の身体に負荷をかけるような動作をしないでください。
② 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように設置してください。

2) ウロキャッチャー用ドレープの半円部を手前から差し入れ、本品に沿うように整えます。ベルクロテープの表側と裏側をあわせ、固定してください（ドレープの表裏を間違えないよう、蛇管が下にくるようにしてください)。

3) 手術台上のドレープ部分に手を入れて患者の臀部下に差し入れれば、取付完了です。

4. 清掃・保管方法

1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
2) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭してください。
3) 使用済みのウロキャッチャー用ドレープは廃棄してください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社　　〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　http://www.muranaka.co.jp

6. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ) 本書の提示がない場合。
   (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ) 消耗部品。
   (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*ウロキャッチャーシステム*をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　　This warranty is valid only in Japan.
※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: *ウロキャッチャーシステム* ご芳名	お買い上げ店名 印
ご住所 TEL.　　(　　)	住所 TEL.　　(　　)
	お買い上げ日　　年　　月　　日

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546